

EMKOMETER

Od: Jaromír Moravec <Moravec@ftzu.cz>
Odesláno: 6. května 2011 13:44
Komu: EMKOMETER
Předmět: RE: SPJ a SPM

Vážený pane,

limitní snímač typu SPJ a SPM (FTZÚ 09 ATEX 0001X) mohou být použity pro hladinoměr typ L21 (FTZÚ 02 ATEX 0453X).

S pozdravem

Ing. Jaromír Moravec, CSc.
odborný znalec SZ 210

From: EMKOMETER [mailto:info@emkometer.cz]
Sent: Friday, May 06, 2011 11:01 AM
To: Jaromír Moravec
Subject: SPJ a SPM

Vážený pane,

Obracím se na Vás s dotazem, zda je možno použít limitní snímač typu SPJ a SPM (FTZÚ 09 ATEX 0001X) pro hladinoměr typ L21 (FTZÚ 02 ATEX 0453X). Připomínám, že limitní snímač je určen právě pro daný typ hladinoměru. Údajný problém je na straně 2/3 certifikátu (FTZÚ 02 ATEX 0453X), kde není uveden snímač typu SPJ a SPM. Prosim o Vaše stanovisko co nejdříve.

S pozdravem

Ing. Jiří Kroužek
jednatel

EMKOMETER LEVEL, s.r.o.
tel: +420 569 721 549
fax: +420 569 726 416
GSM: +420 603 273 240
<http://www.emkometer.cz>